

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

BOPP&REUTHER DAMGA PLANI

Üretici: Bopp&Reuther

Ölçü Aleti Adı: Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemi

Marka: Bopp&Reuther

Model / Tip: 0T115.1M5/B0

Açıklama (Gerekliyse): Bu damga planı; Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinin 17. maddesinin 11. fıkrasına istinaden, Bopp&Reuther marka su dışındaki sıvılar için ölçme sistemlerine ait damga yerlerini açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

Söz konusu damga planı ölçü aletinin ölçüm sonucunun uygun çıkması nedeniyle hazırlanmış olup, ATEX Yönetmeliği kapsamında uygunluk belirtmemektedir.

1. Ölçü Aleti Tanımı

Ölçüm sistemi aşağıdaki ana parçalardan oluşmaktadır.

- Gösterge
- Brodimetre
- Manifold

2. Damga Noktaları

Bopp&Reuther marka su dışındaki sıvılar için ölçme sistemlerine ait damgalamalar bu kısımda açıklanacaktır. **Error!**

Reference source not found.'de ölçüm sistemine ait genel görünüm gösterilmektedir.




Şekil 1 Ölçme Sistemi Genel Görünümü

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

BOPP&REUTHER DAMGA PLANI

2.1 Gösterge


Gösterge damgalaması Şekil 2’de gösterilmiştir. Gösterge en az 2 delikli cıvattan damga teli geçirilerek damgalanmalıdır.



Şekil 2 Gösterge Damgalaması

2.2 Brodimetre

Bopp&Reuther marka ölçüm sistemlerinde brodimetre damgalaması Şekil 3’te gösterildiği gibi işaretli cıvatalardan damga teli geçirilmesi ile yapılmalıdır. Bopp&Reuther marka ölçüm sistemlerinde kalibrasyon işlemi brodimetrenin açılması ile yapıldığından dolayı kalibrasyon noktası bulunmamaktadır.



Şekil 3 Brodimetre Damgalaması