

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI
UNIMEP (2005-2008) DAMGA PLANI

Üretici:	MEPSAN PETROL CİHAZLARI A.Ş
Ölçü Aleti Adı:	Akaryakıt Dispenser
Marka:	Unimep
Model / Tip:	Bigbang, Orion, Cosmic, Orion, Lupus, Mepsapce, Eumep
Açıklama (Gerekliyse):	Bu damga planı; Su Dışındaki Sıvılar İçin Ölçme Sistemleri ile Bazı Ölçü ve Tartı Aletlerinin Muayene Yönetmeliğinin 17. maddenin 11. fıkrasına istinaden, 01.77/313.001 numaralı AT Tip Onay Belgesinde yer alan ve 31.01.2005-03.03.2008 tarihleri arasında üretilen Unimep marka dispenserlerin damga yerlerini açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

1. Ölçü Aleti Tanımı

Akaryakıt dispenserleri aşağıdaki ana parçalardan oluşmaktadır.

- Brodimetre
- Pulser
- İşlemci Ünitesi (CPU)
- Emişli Pompa veya Dalgıç Pompa

2. Damga Noktaları

Bu bölümde Unimep marka dispenserlere ait damga noktaları açıklanacaktır. Şekil 1’de Unimep marka dispensere ait genel görünüş gösterilmektedir.



Şekil 1 Dispenser Genel Görünüş

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI



UNIMEP (2005-2008) DAMGA PLANI



Şekil 2 Brodimetre Pulser Grubu Genel Görünüş

2.1 Brodimetre

Brodimetrenin kapakları açılmaya ve yerinden çıkarılmaya karşı damga altına alınmalıdır. Damganın brodimetre kapağında bulunan herhangi bir cıvataдан geçmesi yeterlidir. Unimep marka dispenserlerde bulunan S-Meter Brodimetre örnek damgası Şekil 3’te gösterilmiştir.





Şekil 3 S-Meter Brodimetre

2.2 Pulser

S-Meter tip brodimetrelerde, pulser brodimetre ön kapağına sabitlenmiş ve sökülmesi damga teli ile engellenmiştir. Şekil 4’te Pulser örnek damgalaması gösterilmiştir.

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI

UNIMEP (2005-2008) DAMGA PLANI



Şekil 4 S-Meter Pulser Damgası

2.3 İşlemci Ünitesi (CPU/Beyin)

Unimep marka dispenserlerde çeşitli işlemci üniteleri (CPU/Beyin) kullanılabilmektedir. Bu üniteler tiplerine göre kurşun damga veya muayene damgası ile damgalanır. Muayene damgası ile damga yapılan durumlarda muayene damgasının CPU ünitesinin kapağının açılmasını engellemesi gerekmektedir. Şekil 5'te örnek işlemci ünitesi damgaları gösterilmiştir.




Şekil 5 Unimep Marka İşlemci Ünitesi


2.4 Pompa Ünitesi ve Hava Ayırıcısı (Gerekliyse)

Akaryakıt dispenserlerinde dalgıç veya emişli pompa ünitesi kullanılır. Şekil 6 ve Şekil 7'de Unimep marka dispenserlerde kullanılan emişli pompa ünitelerine ait damgalama örnekleri gösterilmiştir. Şekil 6'da solda gösterilen resimde, emişli pompaya ait By-pass mekanizması damgalaması, sağda gösterilen resimde ise emişli pompa kapağının açılmasını engellemek için gerekli damga gösterilmiştir.

MUAYENE GÖZETİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI
UNIMEP (2005-2008) DAMGA PLANI



Şekil 6 Emişli Pompa Ünitesi Damgası



Şekil 7 Emişli Pompa Ünitesi